

Bijlage 7 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

Bijlage 10/1 bij het VLAREL

Bijlage 10/1. Voorwaarden voor acceptatie van ringtesten

De ringtesten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 1° de aan de deelnemende laboratoria ter beschikking gestelde monsters dienen als dusdanig geschikt te zijn voor monstervoorbehandeling en analyse, zonder dat de deelnemende laboratoria nog een voorafgaande additie moeten uitvoeren. Voor microbiologische bepalingen kan daarop een uitzondering gemaakt worden. Die uitzondering moet goedgekeurd zijn door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest;
- 2° de monsters moeten qua samenstelling behoren tot, of representatief zijn voor, de discipline of, in voorkomend geval, het deeldomein waarvoor een erkenning wordt aangevraagd. De monsters moeten qua complexiteit vergelijkbaar zijn met die welke aangeboden worden door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest (gebruik van reële of synthetische matrices en voldoende afwisseling in de matrices). Dat moet gestaafd kunnen worden op basis van hun samenstelling of oorsprong;
- 3° het concentratieniveau van de te bepalen parameters moet relevant zijn voor de toetsingswaarden die opgenomen zijn in de wetgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest. Als in die wetgeving een meetbereik is vastgelegd, moet het concentratieniveau bij de ringtesten daaraan voldoen;
- 4° de te bepalen componenten in de monsters moeten overeenstemmen met die welke opgelijst zijn in de verschillende analysemethodes, beschreven in het desbetreffende compendium. Van die componenten moet voor iedere analysemethode minstens hetzelfde aantal aanwezig zijn in een concentratie die niet lager is dan tweemaal de rapportagegrens volgens de wetgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest, en niet hoger dan vijfmaal de toetsingswaarde die van toepassing is in het Vlaamse Gewest, als in een vergelijkbare ringtest, georganiseerd door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest;
- 5° de ringtest moet, wat de algemene bepalingen, gegevensverwerking en beoordeling betreft, voldoen aan alle criteria die opgenomen zijn in hoofdstuk 1 van bijlage 10;
- 6° als bij de beoordeling een scoringssysteem gebruikt wordt op basis van een consensuswaarde of spreiding van de deelnemers, moeten die waarden gebaseerd zijn op minimaal vijf laboratoria, en mogen daarbij alleen resultaten in rekening gebracht worden die verkregen zijn volgens de methode, vastgelegd in artikel 45;

7° in geval van een ringtest waarbij de beoordeling berust op vergelijking met een vaste toegestane afwijking, moeten de resultaten beoordeeld worden op basis van de vaste toegestane afwijking die gebruikt wordt in de ringtest, georganiseerd door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.

Brussel, 1 maart 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
Joke SCHAUVLIEGE