

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG**

[2021/200561]

**Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk
Erkenning van laboratoria**

Bij ministerieel besluit van 4 februari 2021 is het laboratorium ECCA NV, Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 december 2022.

Groep : 2

Methode : LE/LEM/7500/A

Gebaseerd op : NBN T96-102

Verrichting en principe : Een bepaalde hoeveelheid lucht wordt door een membraanfilter aangezogen. Vervolgens worden de vezels op de doorzichtig gemaakte filter met behulp van een fasecontrastmicroscop geteld.

Op basis van de norm T96-102 wordt de concentratie aan asbestvezels uitgedrukt in aantal vezels/cm³.

Groep: 6

Methode : LE/LEM/7000/A

Gebaseerd op : CMA/2/II/C.2, NEN 5896, NEN5897, ISO 22262-1, ISO 22262-2

Verrichting en principe : Kwalitatieve analyse van de asbestsoort volgens NEN 5896: stereo-en polarisatiemicroscopie.