

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2023/200079]

Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk
Erkenning van laboratoria

Bij ministerieel besluit van 2 januari 2023 is het laboratorium ECCA NV (KBO nr. 0420.054.045), Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 december 2024.

Groep : 2

Methode : LE/LEM/7500/A

Gebaseerd op : NBN T96-102

Verrichting en principe : Een bepaalde hoeveelheid lucht wordt door een membraanfilter aangezogen. Vervolgens worden de vezels op de doorzichtig gemaakte filter met behulp van een fasecontrastmicroscopie geteld. Op basis van de norm NBN T96-102 wordt de concentratie van asbestvezels uitgedrukt in aantal vezels/cm³.

