

---

## MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

### **Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen**

---

Het toestel voor tandradiografie Trophy Novelix, bestaande uit :

1. een hoogspanningsgenerator 708 voor een spanning van 70 kV en een stroomsterkte van 8 mA,
2. één van de volgende röntgenbuizen met vaste anode en enkele focus :
  - DG 073,
  - CEI type OCX/65-G,

samengesteld door de firma Trophy, rue de la Jarry 106, 94307 Vincennes, Frankrijk, werd goedgekeurd op 4 augustus 1997 (nr. RIS/17.31.11(B).97; vervangt nr. RIS/17.31.11.85, afgeleverd op 19 februari 1985).

---

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [emis@vito.be](mailto:emis@vito.be)

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 23/01/1998

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).