

Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen

Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Het toestel voor radiografie/radioscopie Verachttert Unistat C/L met tafel Plurix en buckystatief B 2000 of cassettestatief K 2000, bestaande uit :

- een hoogspanningsgenerator Varian HFG-350R(F) voor een maximum spanning van 150 kV en een maximum stroomsterkte van 300 mA,
- een röntgenbuis Varian A192 met draaiende anode en dubbele focus,
- een omhulsel Varian B130,

samengesteld door de firma X-Ray Equipment Verachttert, Lamorinièrestraat 192, 2018 Antwerpen, werd goedgekeurd op 16 oktober 1997 (nr. RIS/17.54.12.97).

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 23/01/1998

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).