

---

## MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

### **29 APRIL 1999. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het afvalwater van tandartspraktijken**

---

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 7 oktober 1985 inzake de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 8, eerste lid;

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 8, 1°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 april 1992 betreffende de giftige of gevaarlijke afvalstoffen;

Gelet op het advies van de Gewestelijke Afvalstoffencommissie, gegeven op 10 september 1998;

Gelet op het advies van de Watercommissie, gegeven op 25 september 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Overwegende dat de kwiklozingen in de Noordzee moeten worden verminderd krachtens de PARCOM-aanbevelingen;

Overwegende dat de uitrusting van de tandartspraktijken met een apparatuur die het afvalwater van de tandamalgaamafval scheidt en deze laatste naar de gepaste verwijderingsfilière afvoert, een aanzienlijke vermindering van de kwiklozingen zal mogelijk maken;

Overwegende dat, bij gebrek aan een internationale technische norm (ISO) waarvan kan worden uitgegaan, enkel normen moeten worden vastgelegd waaraan de amalgaamafscheiding moet voldoen, waarbij de gebruikers vrij zijn het te gebruiken materiaal te kiezen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,

Besluit :

**Artikel 1.** In de zin van dit besluit wordt verstaan onder :

1. "amalgam" : product verkregen door de vermenging van een metaalpoeder met een bepaalde hoeveelheid metaalkwik, gebruikt als tandvulling;
2. "amalgamafval" : geheel van de amalgamafvalstoffen voorvloeiend uit de bereiding van amalgam, de tandvulling met een amalgam of de verwijdering van een tandvulling met een amalgam;
3. "tandartspraktijk" : praktijk met één of meer beoefenaars van de tandheelkunde, afdeling tandheelkunde in de ziekenhuizen en opleidingscentrum voor tandartsen uitgerust met een installatie en instrumentatie voor het bereiden, het aanbrengen of het verwijderen van het tandamalgam;
4. "amalgamafscheider" : toestel voor de afscheiding van het tandamalgamafval van de vloeibare afvalstoffen die geloosd worden door de tandartspraktijk;
5. "afvoerpunt" : plaats waar het afvalwater onder luchtdruk staat en/of punt waar het afvalwater in het inerte systeem van de afvalwaterleidingen van het gebouw terechtkomt;
6. "lucht-water-afscheidingsstelsel" : punt waar lucht en water worden gescheiden.

**Art. 2.** De amalgamafvalstoffen afkomstig van de tandartspraktijk worden opgevangen door een amalgamafscheider geplaatst en onderhouden overeenkomstig de in de bijlage bij dit besluit vermelde voorschriften.

**Art. 3.** Het totale kwikgehalte van het door de amalgamafscheider afgevoerde afvalwater mag gemiddeld per dag niet meer dan 0,3 mg per liter bedragen.

Om de totale kwikconcentratie te bepalen wordt spectrometrie door atoomopslorping als analysemethode gebruikt; het monster wordt voor de analyse gehomogeniseerd.

**Art. 4.** Elke tandartspraktijk die vóór de inwerkingtreding van dit besluit bestaat, moet binnen vierentwintig maanden na de inwerkingtreding ervan uitgerust worden met een amalgamafscheider die aan de bepalingen van artikel 2 voldoet.

**Art. 5.** Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 29 april 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering,  
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium,  
R. COLLIGNON

De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,  
G. LUTGEN

---

**Bijlage:**

[Bijlage: Bepalingen betreffende de amalgaamscheider](#)

---

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [emis@vito.be](mailto:emis@vito.be)

Copyright © [VITO](#) 23/06/1999

Ontwerp [EMIS](#).